

## N&K1500 注意事項

- ✚ 使用機台前，先執行 Baseline 確認。
- ✚ 千萬不可碰觸 Spectrophotometer。
- ✚ 選取 Default recipe 後必須記得點選 **8inch associate**。
- ✚ Substrate Size: 6/8inch。
- ✚ 自行操作機台前須先經過考核。
- ✚ 使用機台前須先登錄 MES。